

微量硫化物分析系统-3：PFPD硫化物分析系统

系统配置：

序号	配置	数量
1	GC主机	1
2	分流/不分流进样口（惰化）	1
3	脉冲火焰光度检测器（PFPD）	1
4	自动六通阀（惰化）	1
5	Gaspro 0.32mm*30m	1
6	色谱工作站	1

分析组分及样品浓度范围：

H₂S检测限0.05ppm，COS检测限0.02ppm。

典型谱图：

