

室内空气中甲烷及非甲烷烃分析系统

系统配置：

序号	配置	数量
1	GC主机	1
2	氢火焰离子化检测器 (FID)	1
3	自动十通阀	1
4	色谱柱 S-Q+MS-13X	1
5	色谱工作站	1

分析组分及样品浓度范围：

CH₄检测限0.1ppm

典型谱图：

